

برگشت (/Panel/Labs/Answers/47998)

چاپ

دوره پنجاه و سوم زمستان 1404

NAT.2 Results

نمونه مجهول ارزیابی مولکولی PCR برای تشخیص باسیل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس TB

کد نمونه 1028	EQAP-18421	آزمایشگاه آزمایشگاه آرامش
---------------	------------	---------------------------

نتیجه شما	عملکرد عالی (بدون اشتباه)	Excellent
	عملکرد مطلوب	Good
	عملکرد ضعیف (مردود)	Poor

شماره نمونه	نتایج آزمایشگاه			نتایج مورد انتظار		
	نتیجه کیفی	نتیجه نیمه کمی	مقاومت دارویی	نتیجه کیفی	نتیجه نیمه کمی	مقاومت دارویی
			Rif			Rif
			--		---	
1028	Negative	Negative	--	Negative	---	
2028	Positive	Low	--	Positive	Low	S
3028	Positive	Low	--	Positive	Low	R
4028	Positive	Low	--	Positive	Low	S
5028	Negative	Negative	--	Negative	---	

مشخصات روش انجام آزمایش						
Extraction	شیوه استخراج	کیت استخراج	شرکت سازنده	Lot.No.	دستگاه استخراج	شرکت سازنده
		کیت تجاری	Viral RNA/DNA Nucleic Acid mini Kit	Favorgen	CC418123609	
Amplification	شیوه تکثیر		نام کیت	کشور سازنده	نام دستگاه ترموسایکر	
	کیت تجاری		TB RQ Kit Novin Gene	ایران	Real Time PCR GENTIER 96	

مشخصات روش انجام آزمایش	
Detection	شیوه شناسایی محصول
	با استفاده از مواد فلئورسانس / پروب

Copyright © 2026 IAQLD. All rights reserved.