

[برگشت \(/Panel/Labs/Answers/47998\)](#)

چاپ

دوره پنجاه و سوم زمستان 1404

## C1 Results

## نمونه مجهول پلاسمای انعقادی

کد نمونه 2585	EQAP-18421	آزمایشگاه آزمایشگاه آرامش
---------------	------------	---------------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result (S)	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
<b>PT-INR</b> (/Panel/Analysis/Report/47998/1795/231961)	-	1.19	172	1.22	11.13	<b>0.14</b>
<b>PTT</b> (/Panel/Analysis/Report/47998/1795/231976)	Sec.	49.60	38	51.90	9.65	<b>0.30</b>

Copyright © 2026 IACLD. All rights reserved.