

[برگشت \(/Panel/Labs/Answers/54255\)](#)

چاپ

دوره پنجاه و چهارم تابستان 1405

B1 Results

نمونه سرم مجهول بیوشیمی

کد نمونه 2633	EQAP-18421	آزمایشگاه آزمایشگاه آرامش
---------------	------------	---------------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Albumin (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236393)	g/dL	2.82	102	2.79	6.11	0.17
ALP (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236414)	U/L	554.00	140	584.60	7.25	0.34
ALT (GPT) (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236433)	U/L	97.00	163	94.39	8.01	0.28
Amylase (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236452)	U/L	425.00	62	425.62	8.73	0.01
AST (GOT) (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236472)	U/L	164.00	165	176.08	7.33	0.69
Ca (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236494)	mg/dL	11.80	217	11.74	4.71	0.10
Cholesterol (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236514)	mg/dL	98.00	160	101.35	4.60	0.55
CK (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236532)	U/L	376.00	91	425.50	12.37	0.78
Creatinine (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236553)	mg/dL	4.90	165	5.10	10.50	0.44
Direct Bilirubin (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236575)	mg/dL	1.17	11	1.30	14.18	0.67
Fe	µg/dL	70.00				
GGT (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236608)	U/L	149.00	445	144.19	8.70	0.30
Glucose (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236623)	mg/dL	260.00	21	264.98	2.63	0.31

HDL-C (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236655)	mg/dL	22.00	116	22.08	11.97	0.03
K (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236664)	mEq/L	5.82	968	5.74	4.50	0.40
LD (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236671)	U/L	775.00	19	842.66	5.18	0.80
LDL-C (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236702)	mg/dL	62.00	84	59.18	15.75	0.32
Li (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236711)	mEq/L	1.75	156	1.72	8.98	0.15
Na (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236715)	mEq/L	122.30	963	124.20	2.64	0.76
Phosphorus (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236732)	mg/dL	7.00	188	7.08	6.27	0.15
T3 (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236763)	ng/mL	4.60	122	4.92	13.89	0.50
T4 (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236779)	µg/dL	19.60	120	20.57	21.20	0.39
Total Bilirubin (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236808)	mg/dL	3.98	11	4.14	19.36	0.26
Triglyceride (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236826)	mg/dL	87.00	190	87.60	7.77	0.09
Total Protein (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236849)	g/dL	4.31	104	4.40	6.71	0.42
TSH (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236868)	mIU/L	15.70	133	17.22	9.18	0.74
Urea (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236898)	mg/dL	101.00	187	93.27	7.31	1.45
Uric Acid (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236909)	mg/dL	9.10	31	8.80	4.87	0.44
FSH (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236947)	IU/L	7.93	299	8.56	16.89	0.62
LH (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/236976)	IU/L	6.88	294	5.17	19.38	2.76
Ferritin (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/237042)	ng/mL	31.88	348	30.60	17.07	0.28
PSA (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/237057)	ng/mL	7.72	60	9.93	12.80	1.85
Cancer Antigen125 (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/237076)	U/mL	7.00	32	7.00	15.70	0.00
D25-OH Vitamin D (/Panel/Analysis/Report/54255/1824/237110)	ng/mL	28.00	18	21.66	32.49	2.93