

[برگشت \(/Panel/Labs/Answers/54255\)](#)

چاپ

دوره پنجاه و چهارم تابستان 1405

B3 Results

نمونه مجهول پروتئین ادرار

کد نمونه 2207	EQAP-18421	آزمایشگاه آزمایشگاه آرامش
---------------	------------	---------------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Urine Protein (/Panel/Analysis/Report/54255/1825/237150)	mg/L	420.00	268	405.02	11.52	0.37
Protein/Cr Ratio (/Panel/Analysis/Report/54255/1825/237168)	mg/g Cr	644.00	128	636.60	18.24	0.08
Protein (24h) (/Panel/Analysis/Report/54255/1825/237188)	mg/24h	630.00	232	614.87	10.93	0.25
Creatinine B3 (/Panel/Analysis/Report/54255/1825/237201)	mg/dL	65.20	76	64.97	14.02	0.04
Creatinine 24 (/Panel/Analysis/Report/54255/1825/237219)	mg/24h	978.00	62	964.71	15.74	0.14
Calcium (/Panel/Analysis/Report/54255/1825/237237)	mg/dL	6.40	112	6.07	7.13	0.54
Calcium 24 (/Panel/Analysis/Report/54255/1825/237254)	mg/24h	96.00	84	92.16	8.06	0.42
Calcium/Creatinine Ratio (/Panel/Analysis/Report/54255/1825/237274)	mg/mg	0.10				
Uric Acid B3 (/Panel/Analysis/Report/54255/1825/237277)	mg/dL	27.00	29	24.85	10.51	0.86
Uric Acid 24 (/Panel/Analysis/Report/54255/1825/237293)	mg/24h	405.00	25	368.75	9.32	0.98
UricAcid/Creatinine Ratio (/Panel/Analysis/Report/54255/1825/237307)	mg/mg	0.41				

Copyright © 2026 IACLD. All rights reserved.