

[برگشت \(/Panel/Labs/Answers/54255\)](#)

چاپ

دوره پنجاه و چهارم تابستان 1405

FS Results

نمونه سرم مجهول غربالگری جنین

کد نمونه 1161	EQAP-18421	آزمایشگاه آزمایشگاه آرامش
---------------	------------	---------------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
AFP (/Panel/Analysis/Report/54255/1842/237592)	ng/mL	101.76	56	96.43	10.33	0.46
Free βhCG (/Panel/Analysis/Report/54255/1842/237613)	ng/mL	36.17	85	34.26	10.45	0.37
hCG (/Panel/Analysis/Report/54255/1842/237632)	IU/L	52041.00	77	61403.67	10.54	1.02
Inhibib A (/Panel/Analysis/Report/54255/1842/237647)	pg/mL	276.28	123	274.90	15.92	0.03
PAPP-A (/Panel/Analysis/Report/54255/1842/237661)	mIU/mL	7.35	83	6.92	16.24	0.41
Unconjugated E3 (/Panel/Analysis/Report/54255/1842/237676)	ng/mL	1.29	67	1.25	21.70	0.15