

[برگشت \(/Panel/Labs/Answers/54255\)](#)

چاپ

دوره پنجاه و چهارم تابستان 1405

C1 Results

نمونه مجهول پلاسمای انعقادی

کد نمونه 2381	EQAP-18421	آزمایشگاه آزمایشگاه آرامش
---------------	------------	---------------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result (S)	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
PT-INR (/Panel/Analysis/Report/54255/1833/237557)	-	1.33	17	1.09	54.30	1.49
PTT (/Panel/Analysis/Report/54255/1833/237574)	Sec.	43.00	45	45.73	10.80	0.40

Copyright © 2026 iAQLD. All rights reserved.