

برگشت (/Panel/Labs/Answers/47996)

چاپ

دوره پنجاه و یکم تابستان 1404

FS Results

نمونه سرم مجهول غربالگری جنین

کد نمونه 1223	EQAP-18421	آزمایشگاه آزمایشگاه آرامش
---------------	------------	---------------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
AFP (/Panel/Analysis/Report/47996/1746/216707)	ng/mL	27.40	72	24.71	10.56	0.91
Free β hCG (/Panel/Analysis/Report/47996/1746/216725)	ng/mL	40.33	119	38.41	8.61	0.33
hCG (/Panel/Analysis/Report/47996/1746/216740)	IU/L	74225.00	90	75363.41	10.35	0.10
Inhibib A (/Panel/Analysis/Report/47996/1746/216753)	pg/mL	384.80	132	339.31	12.67	0.89
PAPP-A (/Panel/Analysis/Report/47996/1746/216766)	mIU/mL	6.88	117	6.79	11.88	0.09
Unconjugated E3 (/Panel/Analysis/Report/47996/1746/216775)	ng/mL	0.93	25	0.93	61.23	0.02