

[برگشت \(/Panel/Labs/Answers/47996\)](#)


چاپ

دوره پنجاه و یکم تابستان 1404

U1 Results


نمونه مجهول ادرار

کد نمونه 2741	EQAP-18421	آزمایشگاه آزمایشگاه آرامش
---------------	------------	---------------------------




Ph

389	تعداد اعضای اولیه گروه
385	تعداد اعضا (وزن دار)
5.60	میانگین گروه
0.51	انحراف معیار گروه
5.59	میانگین وزندار
0.49	انحراف معیار وزندار
6.00	نتیجه شما
0.74	DI



Specific Gravity


386	تعداد اعضای اولیه گروه
304	تعداد اعضا (وزن دار)
1.0172	میانگین گروه
0.0051	انحراف معیار گروه
1.0172	میانگین وزندار
0.0050	انحراف معیار وزندار
1.0120	نتیجه شما
2.5371	DI



Urine Protein


46	.Neg
90	Trace
166	+1
80	+2
9	+3

.Neg	نتیجه شما
------	-----------



Urine Glucose


12	.Neg
66	Trace
176	+1
105	+2
26	+3
5	+4
+2	نتیجه شما



Urine Hemoglobin


8	.Neg
13	+1
84	+2
249	+3

31	+4
+2	نتیجه شما



Urine Ketone

383	.Neg
2	Trace
1	+2
1	+3
.Neg	نتیجه شما



Urine Nitrite

307	.Neg
83	.Pos
.Neg	نتیجه شما

Copyright © 2025 IACLD. All rights reserved.