

برگشت (/Panel/Labs/Answers/47996)

چاپ

دوره پنجاه و یکم تابستان 1404

NAT.2 Results

نمونه مجهول ارزیابی مولکولی PCR برای تشخیص باسیل مایکوباکتریوم
توبرکلوزیس TB

کد نمونه 1026	EQAP-18421	آزمایشگاه آزمایشگاه آرامش
---------------	------------	---------------------------

نتیجه شما	عملکرد عالی (بدون اشتباه)	Excellent
	عملکرد مطلوب	Good
	عملکرد ضعیف (مردود)	Poor

شماره نمونه	نتایج آزمایشگاه			نتایج مورد انتظار		
	نتیجه کیفی	نتیجه نیمه کمی	مقاومت دارویی	نتیجه کیفی	نتیجه نیمه کمی	مقاومت دارویی
			Rif			Rif
			--			
1026	Positive	Low	--	Positive	Low	S
2026	Positive	Low	--	Positive	Low	R
3026	Negative	Negative	--	Negative	---	
4026	Negative	Negative	--	Negative	---	
5026	Positive	Low	--	Positive	Low	S

مشخصات روش انجام آزمایش						
Extraction	شیوه استخراج	کیت استخراج	شرکت سازنده	Lot.No.	دستگاه استخراج	شرکت سازنده
	کیت تجاری	Viral RNA Viral Nucleic Acid Mini Kit	Taiwan	CC418123609		
Amplification	شیوه تکثیر		نام کیت	کشور سازنده	نام دستگاه ترموسایکر	
	کیت تجاری		TB RQ KIT	Iran	Real time azure	

مشخصات روش انجام آزمایش	
Detection	شیوه شناسایی محصول
	با استفاده از مواد فلئوئورسانس / پروپ

Copyright © 2025 IACLD. All rights reserved.