

[برگشت \(/Panel/Labs/Answers/47996\)](#)

چاپ

دوره پنجاه و یکم تابستان 1404

B1 Results

نمونه سرم مجهول بیوشیمی

کد نمونه 2799	EQAP-18421	آزمایشگاه آزمایشگاه آرامش
---------------	------------	---------------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Albumin (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215542)	g/dL	4.94	93	4.91	6.72	0.10
ALP (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215561)	U/L	130.00	149	140.09	12.21	0.46
ALT (GPT) (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215581)	U/L	38.00	144	37.37	9.44	0.17
Amylase (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215604)	U/L	84.00	51	83.72	9.22	0.03
AST (GOT) (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215626)	U/L	32.00	149	32.60	10.62	0.18
Ca (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215655)	mg/dL	8.34	13	8.33	2.74	0.02
Cholesterol (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215675)	mg/dL	226.00	141	228.47	4.82	0.18
CK (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215695)	U/L	110.00	78	97.56	12.10	0.85
Creatinine (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215710)	mg/dL	0.76	341	0.85	11.01	1.21
Direct Bilirubin (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215749)	mg/dL	0.42	30	0.43	22.09	0.12
Fe (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215767)	µg/dL	202.00	64	186.61	12.74	0.69
GGT (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215783)	U/L	47.00	374	44.79	8.01	0.45
Glucose (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215796)	mg/dL	71.00	321	74.52	6.24	0.79

HDL-C (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215831)	mg/dL	58.00	112	67.50	16.64	1.17
K (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215843)	mEq/L	2.90	907	2.90	4.69	0.00
LD (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215857)	U/L	177.00	86	174.52	13.21	0.14
LDL-C (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215883)	mg/dL	121.00	65	110.77	12.45	0.62
Li (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215895)	mEq/L	1.15	135	1.14	3.97	0.07
Na (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215899)	mEq/L	141.70	948	143.86	1.92	0.75
Phosphorus (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215918)	mg/dL	3.43	16	3.43	7.82	0.01
T3 (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215946)	ng/mL	1.37	135	3.52	6.60	5.09
T4 (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215975)	µg/dL	8.76	144	8.42	7.05	0.34
Total Bilirubin (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/215995)	mg/dL	1.41	124	1.28	13.95	0.68
Triglyceride (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/216017)	mg/dL	190.00	162	193.58	6.20	0.24
Total Protein (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/216034)	g/dL	7.10	238	7.18	4.59	0.23
TSH (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/216073)	mIU/L	1.31	152	1.27	5.44	0.27
Urea (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/216090)	mg/dL	26.00	178	27.96	10.30	1.23
Uric Acid (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/216108)	mg/dL	4.40	747	4.71	5.45	0.86
Ferritin (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/216150)	ng/mL	30.10	362	38.87	19.69	1.50
PSA (/Panel/Analysis/Report/47996/1727/216161)	ng/mL	16.90	38	15.98	11.08	0.48

Copyright © 2025 IACLD. All rights reserved.