

(/Panel/Labs/Answers/47996) برگشت

چاپ

دوره پنجاه و یکم تابستان 1404

H1 Results

شمارش رتیکولوسیت ها

کد نمونه 2443	EQAP-18421	آزمایشگاه آزمایشگاه آرامش
---------------	------------	---------------------------

شرح مختصر بیمار: لام (1)

خانم 72 ساله با کم خونی، عفونت و بی حالی در بیمارستان بستری شده است پزشک درخواست تست CBC داده که دارای اندکسهای به قرار زیر بود، پزشک در ارزیابی علت آنمی بیمار درخواست تست رتیک و RPI نمود که گستره لام مذکور تهیه و در سامانه سیستم میکروسکوپ مجازی CaseViewerPro جهت بررسی و گزارش، قابل مشاهده میباشد:

WBC:49300/ul

RBC:3.0×10⁶/ul



HB: 9.5g/dl

HCT:28.4%

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Parameter	Correct	Lab.Result	DI	Total Labs	No Answers	Init. Count	Init. Mean	Init. SD	Weight. Count	Weight. Mean	Weight. SD	%CV	Seen	Not Seen
HBody	not seen												83	971
HeinzBody	not seen												124	945
Retic	1.45	1.50	0.00	1518	2	1516	1.71	0.68	1390	1.50	0.46	30.38		
RPI	0.8	0.90	1.36	1518	117	1401	1.21	4.35	1250	0.75	0.28	37.10		



Copyright © 2025 IAELD. All rights reserved.