

دوره پنجاه و دوم پائیز 1404

چاپ (/Panel/Labs/Answers/47997) برگشت

چاپ

FS Results

نمونه سرم مجهول غربالگری جنین

کد نمونه 1227	EQAP-18421	آزمایشگاه آزمایشگاه آرامش
---------------	------------	---------------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
AFP (/Panel/Analysis/Report/47997/1784/224360)	ng/mL	377.30	70	338.45	10.64	0.96
Free β hCG (/Panel/Analysis/Report/47997/1784/224369)	ng/mL	19.95	117	19.43	7.39	0.18
hCG (/Panel/Analysis/Report/47997/1784/224387)	IU/L	35420.00	87	34923.90	8.58	0.09
Inhibib A (/Panel/Analysis/Report/47997/1784/224404)	pg/mL	200.82	125	242.23	14.19	1.14
PAPP-A (/Panel/Analysis/Report/47997/1784/224417)	mIU/mL	12.95	103	12.08	12.47	0.48
Unconjugated E3 (/Panel/Analysis/Report/47997/1784/224427)	ng/mL	0.97	12	1.30	51.25	1.28

Copyright © 2026 IACLD. All rights reserved.