

دوره پنجاه و دوم پاییز 1404

برگشت (/Panel/Labs/Answers/47997)

چاپ

H4 Results

نمونه مجهول خون کنترل

کد نمونه 2898	EQAP-18421	آزمایشگاه آزمایشگاه آرامش
---------------	------------	---------------------------

مشخصات دستگاه سل کانتر	
Mindray	نام
Mindray. Bc-6800	مدل

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Hb (/Panel/Analysis/Report/47997/1770/224137)	g/dL	11.10	381	10.91	2.34	0.57
Hct (/Panel/Analysis/Report/47997/1770/224156)	%	33.00	391	31.32	3.98	1.34
MCH (/Panel/Analysis/Report/47997/1770/224175)	pg	30.20	387	30.41	3.20	0.23
MCHC (/Panel/Analysis/Report/47997/1770/224194)	g/dL	33.60	390	34.77	3.76	0.84
MCV (/Panel/Analysis/Report/47997/1770/224213)	fL	89.80	379	87.54	3.07	0.65
Plt (/Panel/Analysis/Report/47997/1770/224232)	x10 ³ /μL	274.00	380	287.99	7.08	0.54

RBC (/Panel/Analysis/Report/47997/1770/224251)	$\times 10^6/\mu\text{L}$	3.67	383	3.58	2.85	1.19
WBC (/Panel/Analysis/Report/47997/1770/224270)	$\times 10^3/\mu\text{L}$	7.30	360	7.91	4.27	0.96

Copyright © 2026 IACLD. All rights reserved.